



KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

2018.

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK	1
TARTALOMJEGYZÉK.....	2
BEVEZETŐ.....	4
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	6
ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ	8
Választott eljárás.....	8
Kiegészítő tájékoztatás.....	8
Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei.....	10
Kapcsolattartás	13
Az ajánlatok elbírálása, értékelése	13
Ajánlattal kapcsolatos hiánypótlás.....	13
Az ajánlatok érvényességének vizsgálata (kizáró okok, alkalmasság, egyéb iratok, formai követelmények)	13
Az ajánlattal kapcsolatos pontosítás kérése az ajánlatkérő részéről.....	14
Az ajánlat értékelése.....	14
Az értékelés módszere, értékelési szempontok.....	14
Üzleti titok védelme	15
Az ajánlatot alkotó dokumentumok.....	16
SZERVEZETEK JEGYZÉKE	19
MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS	22
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS	38
TERVEZET.....	38
KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK.....	39
Borítólap	39
Tartalomjegyzék.....	40
Felolvasólap – (Ajánlati adatlap)	42
Részletes ártáblázat	44
Ajánlattételi nyilatkozat	45
Megállapodás közös ajánlattételről	47
Céginformációs adatlap	49
Aláírási címpéldány(ok).....	50

Meghatalmazás.....	51
Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján.....	52
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal	53
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő támaszkodásról	54
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről.....	55
Nyilatkozat az egyenértékűségről	57
Nyilatkozat az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről).....	58
Nyilatkozat az ajánlat elektronikus adathordozón történő benyújtásáról	59
Nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyekről.....	60
MŰSZAKI ADATLAPOK.....	61
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 1. rész	61
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 2. rész	65
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 3. rész	67
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 4. rész	70
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 5. rész	72
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 6. rész	76
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 7. rész	78
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 8. rész	80
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 9. rész	83
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 10. rész	85
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 11. rész	87
A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 12. rész	89
A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINT A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:.....	92
SZAKEMBER BEMUTATÁSA.....	93
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)ről	94
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) rendelkezésre állási nyilatkozata	95

BEVEZETŐ

Tisztelt Ajánlattevő!

Ön az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 113. §-a alapján **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyban kezdeményezett, nemzeti eljárás rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásnak közbeszerzési dokumentumait tartja a kezében.

A közbeszerzési dokumentumok közreadásával célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak, valamint a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez, és az ajánlata elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához. A közbeszerzési dokumentumok elkészítésének általunk nem titkolt célja többek között az is, hogy az ajánlati felhívásunkra érvényes ajánlatot kapjunk.

A **Kbt. 3. § 21. pontjának** megfogalmazása alapján **„közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztató, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés”**.

Kérem, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat!

E kérésünk teljesítése mind az Ajánlattevők, mind az Ajánlatkérő jól felfogott érdeke, hiszen:

- Önnek, mint Ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban előírtakat;
- Nekünk, mint Ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata – bontáskori, és azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti felülvizsgálatánál, tehát végső fokon az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek való megfelelésének meghatározásához.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok harmadik (illetéktelen) személynek nem tehetőek hozzáférhetővé és az másra nem ruházhatóak át.

A jelen közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elsősorban és e-mail útján, és párhuzamosan fax útján az Ajánlattevő által kapcsolattartási pontként megadott e-mail címre és fax számra küldi meg az Ajánlattevőknek, a gyors tájékoztatás érdekében. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az Ajánlatkérőhöz az e-mail, illetve fax megküldését követően hibaüzenet nem érkezik, illetve ha az Ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap. Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb kétszer alkalommal kíséri meg. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat az Ajánlattevőknek.

Ajánlattevő felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltése során olyan e-mail címet, illetőleg fax számot adjon meg, amely 24 órán belül alkalmas a közbeszerzési dokumentumok fogadására, továbbá amelyen keresztül a közbeszerzési dokumentumok az ajánlat összeállításáért felelős szervezeti egység, vagy személy számára soron kívül hozzáférhetőek.

Az ebből eredő kockázatokért és idővesztéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget!

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.

Kérjük, amennyiben az ajánlatuk egy részét üzleti titokká kívánják nyilvánítani, különös figyelmet fordítsanak annak Kbt. 44-45. §-a szerinti elhatárolására, az üzleti titok megfelelő indokolásának benyújtására, figyelemmel arra, hogy az üzleti titok Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében történő elhatárolása, valamint nem megfelelő indokolása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségét okozhatja.

Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívásunk és a közbeszerzési dokumentumok együttesen elegendő útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem		Nemzeti azonosítószám: AK02128	
Postai cím: Egyetem tér 1-3.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU101	Postai irányítószám: 1053	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett			Telefon: +36 14116700
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu			Fax: +36 14116721

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lebonyolító:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784		
Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em.		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1123	Ország: Magyarország
E-mail: rati.angela@electool.com , kozbeszerzes@electool.com		Telefon: +36 20 3838163
Internetcím (URL): www.electool.hu		Fax: +36 12399896

Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: közbeszerzési dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeik érvényesítéséről.

Az Ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálja a közbeszerzési dokumentumokat és azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

Az Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve, ha e harmadik fél ajánlatot készít és nyújt be az ajánlattevő számára a beszerzés tárgyának egy részére vonatkozóan (pl. alvállalkozó, gyártó, forgalmazó, beszállító stb.), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplőként való részvétel céljából. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok esetleges ellentmondása esetén az eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak.

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy Ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton elérje. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak (kivéve az ajánlattétel érdekében bevont gazdasági szereplővel, illetve az ajánlatban résztvevő más ajánlattevővel, alvállalkozóval, vagy kapacitást nyújtó szervezettel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója – elektronikus úton eléri a közbeszerzési dokumentumokat.

ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ

Választott eljárás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész, 113. §-a alapján nemzeti eljárás rendben, nyílt közbeszerzési eljárás.

Közös ajánlattétel

A **Kbt. 113. § (2) bekezdése** alapján az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projektársaság létrehozását. Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projektársaság alapításának a lehetőségét.

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni együttműködési megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

- tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján - megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.

Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a Kbt. 56. §-ában, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezettől.

A kiegészítendő tájékoztatás iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségekre kell benyújtani:

Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.		
Postai cím: Alkotás u. 53. MOM Park C ép, 3. emelet		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1123	Ország: Magyarország
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784		Telefon: +36 20 3838163
E-mail: rati.angela@electool.com , kozbeszerzes@electool.com		Fax: +36 1 239 98 96

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „.doc”, vagy „.docx” formátumban is szíveskedjenek megküldeni a rati.angela@electool.com és a kozbeszerzes@electool.com e-mail címre. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében Ajánlatkérő, illetve a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítója – a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód alapelveknek megfelelően – nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre nem áll módunkban választ adni.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő a **Kbt. 56. §-át és a 114. § (6) bekezdését** megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt honlapon hozzáférhetővé teszi, valamint megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérései a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerinti határidőben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. **Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel címét, e-mail címét, amelyre a választ kéri. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail elérhetőséget adjon meg, amely 24 órán belül képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az Ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat.** Továbbá Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentumokat nem váltotta ki (nem kérte annak megküldését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, amelyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlati felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást). Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az Ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi Ajánlattevő számára kötelező.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 56. §-a alapján nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács Jogi Osztálya adhat felvilágosítást.

Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei

Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve (történhet például de nem kizárólagosan összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.

A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Kérjük, az ajánlatot olyan módon állítsák össze, hogy az ajánlat könnyen lapozható legyen! Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell benyújtani.

Az ajánlatot lehetőség szerint nyomtatott betűvel, gépirással kell megírni.

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban **1 eredeti, papír alapú példányban** kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó **1 db CD, DVD vagy pendrive adathordozót** nem szerkeszthető formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni (kivéve a megajánlott termék műszaki leírását tartalmazó word táblázatot, amelyet szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani). Minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlat eredeti, papír alapú példány tartalma a mérvadó. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy elektronikus adathordozón benyújtott ajánlata jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl (kivéve a megajánlott termék műszaki leírását tartalmazó word táblázatot, amelyet szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani), amely a papír alapon benyújtott ajánlat példányával mindenben megegyezik.

Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevének és címének kívül fel kell tüntetni: **„Eszközbeszerezés a Nemzeti Agykutatói Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”**. A postán feladott ajánlat csak akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat átvételére megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.

A közbeszerzési eljárás nyelve valamennyi rész esetében magyar (HUN). Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok Ajánlattevő által készített, vagy készített magyar nyelvű felelős fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel a fentiekől eltérő nyelvű okiratot nem fogad el. Az ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar, illetve angol nyelvre történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szövegűségről). Az ajánlat értékelése, értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. A fordítási hibákból történő felelősséget az ajánlattevő viseli.

Ajánlatkérő a termékeket bemutató prospektusok esetében a magyar nyelvű prospektusok/termékbemutató anyagok mellett elfogadja az angol nyelvű prospektusokat is.

Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti papír alapú példányát és az ajánlat eredeti példányát tartalmazó CD-t, DVD-t vagy pendrivot egy közös borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia.

A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, amelyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyújtják be az ajánlatot):

<p>Ajánlat</p> <p>„Eszközbeszermzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”</p> <p>tárgyú felhívásra</p> <p>„Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”</p>

Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért.

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre kell benyújtani:

Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.		
Postai cím: Alkotás u. 53. MOM Park C ép, 3. emelet		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1123	Ország: Magyarország
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784		Telefon: +36 20 3838163
E-mail: rati.angela@electool.com	Fax: +36 1 239 98 96	


Személyes leadás esetén kérjük, hogy az ajánlatot a fent megjelölt címen, munkanapokon 9.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 óra és az ajánlattételi határidő lejártá között adják le. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő képviselője a helyszínen írásban visszaigazolja.

Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére feljogosított személy által átvételre kerülnek.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását Ajánlatkérő az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bonthatja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 68. § (6) bekezdés). Az elkészített ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az elkészve benyújtott ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

Irodánk megközelítése tömegközlekedéssel: <http://www.electool.com/hu/kapcsolat/tomegkozlekedes/>

Parkolás a MOM Parkban: <http://www.electool.com/hu/kapcsolat/parkolas/>



Kapcsolattartás

Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a Felolvasólapon, és a céginformációs adatlapon megadott kapcsolattartók elérhetőségére továbbítja. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a Felolvasólapon és a céginformációs adatlapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles Ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben az ún. „out of office” / „házon kívül” üzenetekben megadott elérhetőségre történő továbbításért nem vállal felelősséget, ehelyett kéri, hogy az Ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni).

Az ajánlatok elbírálása, értékelése

Ajánlattal kapcsolatos hiánypótlás

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

A hiányok pótlása - amelynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja a jelentkezőket, hogy amennyiben a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.

A hiánypótlás megadása:

- a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
- b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

A hiánypótlás során pótolni kívánt iratokat ajánlattevőknek megfelelően kell benyújtaniuk.

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata (kizáró okok, alkalmasság, egyéb iratok, formai követelmények)

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – köteles az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, ajánlati ár aránytalanságok).

Ajánlatkérő az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

A fentiekben leírt előzetes bírálat alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

Az ajánlattal kapcsolatos pontosítás kérése az ajánlatkérő részéről

Az Ajánlatok vizsgálatának, értékelésének időszakában az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint köteles felvilágosítást kérni az ajánlattevőktől az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.

A felvilágosítás megadása:

- a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
- b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá általánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Az ajánlat értékelése

A benyújtott ajánlatok vonatkozásában Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 72. §-át (ajánlatok megalapozottságának vizsgálata).

A benyújtott ajánlatok értékelése az ajánlati felhívás J) pontjában meghatározottak és a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint történik, és Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerint jár el és kéri be az Ajánlattevők cégszerűen aláírt nyilatkozatában foglaltak alátámasztására az igazolásokat. Ajánlatkérő szükség esetén biztosítja a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően a hiánypótlás lehetőségét.

Az értékelés módszere, értékelési szempontok

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján **a legalacsonyabb ár**, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. fejezetében konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek, valamint a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezetben meghatározott feltételek teljesítése esetén az áru megfelel Ajánlatkérő igényeinek, további minőségi és műszaki jellemzők nem befolyásolják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását. A beszerzés tárgya sem tervezési, sem mérnöki, sem építészeti szolgáltatás, továbbá sem építési beruházás, így a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérőnek lehetősége van a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazására.

Az **Ajánlati ár** értékelési szempontot, mint egyösszegű ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (HUF), egy összegben, tizedesjegyek nélkül, **egy számadattal kifejezve kell megajánlani a Felolvasólapon.**

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az ajánlati árnak a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki tartalom teljes egészére kell vonatkoznia és úgy kell megadni, hogy magában foglaljon minden járulékos költséget is pl. vám, díjak, illetékek, járulékok. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget is, továbbá az ár tartalmazza a behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Az ajánlati árnak fixnek kell lenni, az Ajánlattevő semmilyen formában, hivatkozással nem tehet változó tartalmú ajánlatot. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árat alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

Ajánlatkérő a pénzügyi ellenszolgáltatást az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti.

Üzleti titok védelme

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet!

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő különösen a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti adatokat, információkat, ajánlati elemeket nem nyilváníthatja üzleti titokká!

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Kérjük, amennyiben az ajánlatuk egy részét üzleti titokká kívánják nyilvánítani, különös figyelmet fordítsanak annak Kbt. 44-45. §-a szerinti elhatárolására, az üzleti titok megfelelő indokolásának benyújtására, figyelemmel arra, hogy **az üzleti titok Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében történő elhatárolása, valamint nem megfelelő indokolása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségét okozhatja.**

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk (ide értve a védett ismeretet is), iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben Ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is, illetve nem felelnek meg a fentiekben hivatkozott körülményeknek, előírásoknak.

Az ajánlatot alkotó dokumentumok

Ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól illetve a Kbt.-től eltérő ajánlatok benyújtása, az ajánlat érvénytelenségét vagy az Ajánlattevő kizárását vonhatja maga után.

A közbeszerzési dokumentum iratmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Nem szükséges az ajánlatba elhelyezni azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban az Ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető.

Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő főszabályként nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását (ahol igen, ott ezt Ajánlatkérő jelzi), az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Amennyiben az Ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumokban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. az ajánlatban kell elhelyezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. A kért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

A közbeszerzési dokumentumok, annak egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell, lehetőleg az alábbi sorrendben az ajánlatba csatolni.

Borítólap
Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék
Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint)
Részletes ártáblázat
Ajánlattételi nyilatkozat (a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)
Megállapodás közös ajánlattételről – <i>adott esetben</i>
Céginformációs adatlap
Aláírási címpéldány(ok) Ajánlattevőknek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőknek (kivételesen természetes személy); alvállalkozónak az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája (egyszerű másolatban)
Meghatalmazás - <i>adott esetben</i> A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlattevő által cégszerűen aláírt, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, legalább teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő felhatalmazása alapján más személy írja alá

Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján (nemleges tartalommal is csatolni kell)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal

Amennyiben Ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:

- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (nemleges tartalommal is meg kell tenni)

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Nyilatkozat a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről

Nyilatkozat az egyenértékűségről

Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok szöveghűségéről, felelős fordításáról – *adott esetben*

Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról

Nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyekről

A megajánlott termékek műszaki leírása

A megajánlott eszközök részletes műszaki leírása (a kiadott táblázatos formában), az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátuman egyaránt.

A megajánlott termékek valamennyi elemére kiterjedő termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja

Üzleti titok körének meghatározása – *adott esetben, elkülönítve*

Üzleti titok indokolása (a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően) – *adott esetben*

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva:

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes terjedelmében, írásvédett fájlformátumban (nem szerkeszthető „pdf.”)

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint a bíráló második szakaszában benyújtandó dokumentumok:

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) bemutatása (M/1)
Rendelkezésre állási nyilatkozat és szakmai tapasztalat bemutatása

Üzleti titok körének meghatározása – *adott esetben, elkülönítve*

Üzleti titok indokolása (a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően) – *adott esetben*

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva:

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes terjedelmében, írásvédett fájlformátumban (nem szerkeszthető „pdf.”) (nem szerkeszthető „pdf.”, kivéve a megajánlott termék műszaki leírását tartalmazó word táblázatot, amelyet szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani)

SZERVEZETEK JEGYZÉKE

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Tel.: +36-1-795-0716, e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel.: 06-1-476-1100, e-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u. 34., telefon: 06-76-500-790, fax: 06-76-500-797, e-mail: bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u.34., telefon: 06-76-500-670, fax: 06-76-486-740, e-mail: bacsk-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-513-420, fax: 06-72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-506-841, fax: 06-72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-522-390, 06-52-413-784, fax: 06-52-412-270, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1036 Budapest, Váradi u. 15., telefon: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1036 Budapest, Váradi u. 15., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9700 Szombathely, Hargita u. 31., tel: 06-94-522-610, fax: 06-94-500-795, e-mail: vas-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Hargita u. 31., tel: 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, e-mail: vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) **Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési**

Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-374, fax: 06-92-549-276, e-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, e-mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473, fax: 06-34-512-477, e-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, e-mail: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., tel: 06-88-566-800, fax: 06-88-566-900, e-mail: vespzem-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, vespzem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., tel: 06-88-564-730, fax: 06-88-563-500, e-mail: vespzem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vespzem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., tel: 06-82-529-697, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-780, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel: 06-46-560-010 , fax: 06-46-562-071, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) **Borsod-Abaúj-**

Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) **Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége**(3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-511-960, fax: 06-36-511-971, e-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, e-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-440, fax: 06-32-520-449, e-mail: nograd-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, e-mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-501-800, fax: 06-42-501-809, e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-467, e-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, e-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 46

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel: +36 1 476-1100 email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 06-80-204-264 zöld szám.

A fentiekben felsorolt Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei a <http://www.ommf.gov.hu> e-mail címen érhetőek el.

MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS

Eszközbeszermzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét az alábbiak szerint, 12 részre bontva biztosítja:

Részajánlat-tétel száma	Részajánlat-tétel tárgya	Mennyiség (db)
1	Sejtbiológiai labor műszeregyüttes beszerzése	1
2	Géldokumentációs rendszer beszerzése	1
3	Gélelektroforézis rendszerek beszerzése	1
4	Perisztaltikus pumpa beszerzése	1
5	Eppendorf pipettakészlet beszerzése termomixerrel	1
6	Körkörös síkrázó beszerzése	1
7	Vákumpumpa beszerzése	1
8	Viselkedésrögzítő és – elemző rendszer beszerzése	1
9	Sejtszámoló készülék beszerzése	1
10	3D nyomtató beszerzése	1
11	7 különböző hullámhosszú megvilágításra alkalmas epifluoreszcens megvilágító LED egység beszerzése	1
12	Nagyteljesítményű számítógép beszerzése	1

Ajánlattevő ajánlatát valamennyi részre benyújthatja, az Ajánlattevő felelőssége és döntési kompetenciája, hogy az 1-12. részek közül melyik részre, vagy valamennyi részre nyújtja be ajánlatát. **Az egyes részek vonatkozásában azonban az adott rész teljes műszaki tartalmára ajánlatot kell tenni!**

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, rendeltetészerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására.

A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a **321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése** alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben **egyenértékű megajánlást is elfogad**, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és **az ajánlatában megfelelő módon**,

bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását.

1. rész Sejtbiológiai labor műszeregyüttes beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Sejtbiológiai labor műszeregyüttes

műszaki követelmények szöveges megadása: A Sejtbiológiai labor műszeregyüttes elemei egy egységként kezelendők, az egyes elemek a következők:

1. Álló kivitelű ultramélyhűtő -86°C-os működési hőmérséklettel, legalább 520L tárolási kapacitással.
2. 120 cm belső szélességű biztonsági fülke sejtbiológiai munkákhoz, mely megfelel a biológiai biztonság Class II (A2) szintjének.
3. 90-100 cm belső szélességű biztonsági fülke sejtbiológiai munkákhoz, mely megfelel a biológiai biztonság Class II (A2) szintjének.
4. CO₂ termosztát 160-180L-es belső térfogattal, polcokkal. Az inkubátor szekrény falfűtéses, légköpenyes; rendelkezik fűtött külső ajtóval. A CO₂-szint érzékelése IR CO₂ érzékelővel történik.
5. Hűthető asztali centrifuga cserélhető rotorokkal, melyben szögrotorral legalább 30000g, kilendülő rotorral legalább 4000g gyorsulás legyen elérhető. A hőmérséklet állítása -10°C - +40°C között legyen lehetséges

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

1. elem – Ultramélyhűtő belső állványrendszerrel
Álló kivitelű ultramélyhűtő -86°C-os működési hőmérséklettel, legalább 520L tárolási kapacitással.
Alacsony zajszint (53 dB vagy alatta -70 - -80C között)
Legfeljebb 900 mm-es külső szélesség
Érintőképernyős LCD kijelző
A hőmérsékleti adatok és események tárolása
USB csatlakozó a log adatok letöltéséhez
12 db 20 doboz fogadására képes „sliding drawer” kialakítású rack kb. 140×668×239 mm méretben (50 mm dobozmagasságig) az ultramélyhűtőhöz; a rack-ek tálcás elrendezésűek legyenek, amelyek előre kihúzhatóak

2. elem – Class II (A2) biztonsági fülke lábazattal I.
Biztonsági fülke sejtbiológiai munkákhoz, mely megfelel a biológiai biztonság Class II (A2) szintjének. A steril levegőt legalább HEPA H14 osztályú nagy hatékonyságú (99,999%) részecske-levegőszűrők biztosítják.
Belső munkatér szélessége 115-125 cm között; több szegmenses, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap
Vákuum, gáz, elektromos csatlakozó a belső munkatérben kiépített
Beépített UV lámpa a munkatér sterilizálásához
Mozgatható üveg előlap
Kijelző a működési paraméterek visszajelzéséhez, a HEPA szűrők élettartamának monitorozása és kijelzése
Alacsony zajszint (≤56dB)
Lábazat

3. elem – Class II (A2) biztonsági fülke lábazattal II.
Biztonsági fülke sejtbiológiai munkákhoz, mely megfelel a biológiai biztonság Class II (A2) szintjének. A steril levegőt legalább HEPA H14 osztályú nagy hatékonyságú (99,999%) részecske-levegőszűrők biztosítják.
Belső munkatér szélessége 85-95 cm között; több szegmenses, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap
Vákuum, gáz, elektromos csatlakozó a belső munkatérben kiépített
Beépített UV lámpa a munkatér sterilizálásához
Mozgatható üveg előlap
Kijelző a működési paraméterek visszajelzéséhez, a HEPA szűrők élettartamának monitorozása és kijelzése
Alacsony zajszint (≤ 56 dB)
Lábazat

4. elem – CO₂ termosztát
CO ₂ termosztát 160-180L-es belső térfogattal, polcokkal. Az inkubátor szekrény falfűtéses, légköpenyes; rendelkezik fűtött külső ajtóval. A CO ₂ -szint érzékelése IR CO ₂ érzékelővel történik.
Rozsdamentes acél vagy Cu-ötvözet belső munkatér
Víztartály szintjének szenzoros ellenőrzése.
Legalább 140°C-os önsterilizációs lehetőség.
A CO ₂ szint, a hőmérséklet és a vízzerevoár megfelelő szintjétől való eltérés esetén hangjelzéses riasztás
USB csatlakozó a log adatok letöltéséhez

5. elem– Hűthető asztali centrifuga cserélhető rotorokkal és adapterekkel
Hűthető asztali centrifuga cserélhető rotorokkal, melyben szögrotorral legalább 30000g, kilendülő rotorral legalább 3000g maximális gyorsulás legyen elérhető. A hőmérséklet állítása -10°C és +40°C között legyen lehetséges
A rotorcsere szerszám nélkül legyen megoldható
1 db kilendülő rotor és 4 db legalább 140mL-es persely
4 db adapter 50mL-es centrifuga csövekhez
4 db adapter 15mL-es centrifuga csövekhez
1 db cserélhető szögrotor (24x 1,5/2mL) eppendorf csövekhez tetővel

2. rész Géldokumentációs rendszer beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Géldokumentációs rendszer

műszaki követelmények szöveges megadása: Géldokumentációs rendszer, mely alkalmas (a megfelelő kiegészítőkkal) fluoreszcensen módon festett elektroforézis gélek, valamint gélek és blottok kemilumineszcenciás detektálására

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

Géldokumentációs rendszer, mely egyrészt alkalmas zöld fluoreszcensen festett (pl. SyberGreen stb.) agaróz és akrilamid gélek detektálására. Másrészt képes gélek és blottok kemilumineszcenciás szignáljainak detektálására. Zárt darkroom kivitel. Többpozíciós emissziós filtertartó.
Hűtött 16 bites színmélységgel rendelkező CCD camera, legalább 20cmx20cm látómező, legalább 4 MP felbontás, legalább 70% QE, motorizált lencsékkel
UV átvilágító asztal, legalább 20 cm x 20 cm megvilágított felület,
Kék fény konverter (az UV-> kék fény megvilágításhoz)
525 nm-es emissziós filter a zöld fluoreszcencia detektálásához
Kiértékelő szoftver, amely Windows 7, 8 és 10 kompatibilis

3. rész Gélelektroforézis rendszerek beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Gélelektroforézis rendszer horizontális és vertikális gélek futtatására

műszaki követelmények szöveges megadása: A Gélelektroforézis rendszer elemei egy egységként kezelendők, az egyes elemek a következők:

1. Horizontális gélelektroforézis rendszer, mely alkalmas (a megfelelő kiegészítőkkal) DNS és RNS tömeg szerinti elválasztására elektromos töltöttség alapján
2. Függőleges gélelektroforézis rendszer, mely alkalmas (a megfelelő kiegészítőkkal) szöveti homogenizátumból fehérjék töltés és tömeg szerinti elválasztására

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

1. egység Horizontális gélelektroforézis rendszer
Alkalmas DNS és RNS tömeg szerinti elválasztására elektromos töltöttség alapján agaróz géleket használva
15 x 10 cm-es UV fényt áteresztő tálca, cm beosztással
Tartalmaz 1-1 db 15 és 20 helyes fésűt és egy külső gélöntőt, melyben más tálcaméret (7x7 cm, 7x10 cm, 15x7 cm) is használható legyen
Az ajánlattevő tudjon a futtatórendszerrel kompatibilis, előre gyártott, kész agaróz gél ajánlani
A cella nagysága ne legyen nagyobb, mint: 20x 26x7,5 cm(SzxHXM)
A banándugóvégű elektród csatlakozó könnyen kivehető legyen a kádból.

2. egység Függőleges gélelektroforézis rendszer
Alkalmas (a megfelelő kiegészítőkkal) szöveti homogenizátumból fehérjék töltés és tömeg szerinti elválasztására akrilamid géleket használva
A gélméret mini legyen, azaz ne legyen nagyobb 8,5 cm x 7,5 cm-nél
Legalább 4 db, 1 mm vastag gél befogadására legyen képes
Tartalmazzon legalább 2 öntőállványt, 4 db öntő keretet, és legalább 5 db 15 helyes fésűt
A rendszernek része legalább 5db rövid és 5 távtartóval ellátott üveglemez
Az ajánlat tartalmazzon a minták felvitelét segítő pipetta vezető feltétet (a fesűfog számtól függően kialakítva)
Az ajánlattevő tudjon 1 éves lejáratú kész gélt (Gradiens gélt) is ajánlani.
Később bővíthető legyen nedves blott feltéttel, és különböző fogszámú és vastagságú fésűkkel.
A szükséges puffer mennyiség ne haladja meg a az 1 litert 4 gél esetén.

4. rész Perisztaltikus pumpa beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: változtatható sebességű perisztaltikus pumpa, 2 fejjel

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

digitális kijelzővel ellátott perisztaltikus pumpa, 0,1 – 100 m/min áramlási sebesség biztosítására alkalmas
2 irányú, választható áramlás
állítható, 0,1-150 rpm közötti forgási sebesség, minimum 0,5%-os áramlási pontosság
külső kommunikációs interface
korrózióknak ellenálló, nemesacél ház
min. 2 pumpafejjel, a párhuzamos működtetés biztosítására
különböző csőméretekhez alkalmas kivitel (#13 és #25 csőátmérő között)

5. rész Eppendorf pipetták és termomixer beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Eppendorf pipettakészletek és rázótermosztát 1,5 ml-es csövek részére

műszaki követelmények szöveges megadása: Az eszközegegyüttes elemei egy egységként kezelendők, az egyes elemek a következők:

1. Pipettakészlet 3 db pipettával, a 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl térfogattartományokra
2. Pipettakészlet 3 db pipettával, a 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl térfogattartományokra
3. Pipettakészlet 3 db egy nyomógombos pipettával, a 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl térfogattartományokra
4. Pipetta kis térfogatokra (0.1-2.5 µl közötti térfogatokkal dolgozik)
5. Rázógép 1.5 ml-es csövekhez, mely rögzített blokkos, keverő, hűtő és fűtő funkcióval is rendelkezik, fűthető tetővel együtt.

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

1. egység – Pipettakészlet 3 db pipettával
Pipetta-szett, mely három egycsatornás, manuálisan kezelhető pipettát tartalmaz.
A pipetták ISO 8655 szerint kalibrálhatóak
A pipetták rugós hegyfeltűzővel rendelkeznek.
Mindhárom pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozzható
Pipetta #1: 0.5-10 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.01 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány
Pipetta #2: 10-100 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány
Pipetta #3: 100-1000 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány
A megajánlott eszközöknek kompatibilisnek kell lenni a már meglévő Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel, mert Ajánlatkérő nem kívánja lecserélni a meglévő eszközeit, a kísérleteit ezzel a termékkel végezte és a kísérletek dokumentálásánál és kivitelezésénél, az eredmények validálásánál befolyásolhatja az eredményeket.

2. egység – Pipettakészlet 3 db pipettával
Pipetta-szett, mely három egycsatornás, manuálisan kezelhető pipettát tartalmaz.
A pipetták ISO 8655 szerint kalibrálhatóak
A pipetták rugós hegyfeltűzővel rendelkeznek.
Mindhárom pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozzható
Pipetta #1: 2-20 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.02 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány
Pipetta #2: 20-200 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.2 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány
Pipetta #3: 100-1000 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány
A megajánlott eszközöknek kompatibilisnek kell lenni a már meglévő Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel, mert Ajánlatkérő nem kívánja lecserélni a meglévő eszközeit, a kísérleteit ezzel a termékkel végezte és a kísérletek dokumentálásánál és kivitelezésénél, az eredmények validálásánál befolyásolhatja az eredményeket.

3. egység – Pipettakészlet 3 db egynyomógombos pipettával

Pipetta-szett, mely három egycsatornás, manuálisan kezelhető pipettát tartalmaz. A pipetták egy nyomógombbal működnek, nincs külön gomb a hegyek eltávolításához, ezáltal csökkenthető az aeroszolok pipettába jutása.

A pipetták, rugós hegyfeltűzővel rendelkeznek.

A pipettákon térfogat beállítási zár van a nem kívánt térfogat állítások megelőzésére.

Mindhárom pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozható.

Pipetta #1: 2-20 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.02 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

Pipetta #2: 20-200 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.2 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

Pipetta #3: 100-1000 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

A megajánlott eszközöknek kompatibilisnek kell lenni a már meglévő Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel, mert Ajánlatkérő nem kívánja lecserélni a meglévő eszközeit, a kísérleteit ezzel a termékkel végezte és a kísérletek dokumentálásánál és kivitelezésénél, az eredmények validálásánál befolyásolhatja az eredményeket.

4. egység – Pipetta kis térfogatokra

Pipetta, mely 0.1-2.5 µl közötti térfogatokkal dolgozik

A pipetta ISO 8655 szerint kalibrálható

A pipetta rugós hegyfeltűzővel rendelkezik

A pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozható

A mérési tartomány 0.002 µl-es lépésközzel állítható

A megajánlott eszközöknek kompatibilisnek kell lenni a már meglévő Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel, mert Ajánlatkérő nem kívánja lecserélni a meglévő eszközeit, a kísérleteit ezzel a termékkel végezte és a kísérletek dokumentálásánál és kivitelezésénél, az eredmények validálásánál befolyásolhatja az eredményeket.

5. egység – Rázógép 1,5 ml-es csövekhez

Rögzített blokkos rázó gép 1.5 ml-es csövekhez, mely keverő, hűtő és fűtő funkcióval is rendelkezik.

Keverési frekvencia: 300-1500 rpm

Maximális fűtési sebesség: legalább 6°C/perc

Hőmérséklettartomány: minimum 4°C a környezeti hőmérséklet alatt, maximum 100°C

Keverési kitérés: 3 mm

Kapacitás: minimum 24 cső

A készülék legyen bővíthető fűthető tetővel, mely megakadályozza a kondenzációs lecsapódást a csövek belső falán, az ajánlat tartalmazza ezt a fűthető tetőt.

A készülék legyen alkalmas legalább 5 előre programozott módszer tárolására.

6. rész Körkörös síkrázó beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Körkörös síkrázó

műszaki követelmények szöveges megadása: Általános célú rázó gép mikroprocesszoros vezérléssel, körkörös rázatási móddal, állítható rázási sebességgel

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

Mikroprocesszoros vezérlés
Körkörös, síkban történő rázási mód
Szabályozható rázási sebesség, 40-300 fordulat/perc vagy szélesebb tartomány
Lépcsős funkció, amely a fordulatszámot lassan növeli a beállított értékre
Kitérés minimum 15 mm
Asztalméret minimum 220x290 mm
A max. kapacitás legyen legalább 3.5 kg

7. rész Vákumpumpa beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Vacuubrand ME1c vagy azzal egyenértékű vákuumpumpa

műszaki követelmények szöveges megadása: Szövettenyészetek fenntartása során keletkező szennyvíz elvezetését és összegyűjtését lehetővé tévő vákuumpumpa. 100 mbar végvákuum biztosítására alkalmas, PTFE membrános, olajmentes kivitel. Alacsony zajszintű, könnyen kezelhető kivitel.

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

100 mbar végvákuum biztosítására alkalmas
PTFE membránnal, olajmentes kivitel
min. 0,7 m ³ /h (11 l/min) teljesítmény
a zajszint a 45 dB-t nem haladja meg

8. rész Viselkedésrögzítő és – elemző rendszer beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Viselkedésrögzítő és – elemző rendszer

műszaki követelmények szöveges megadása: Két rágcsáló kísérleti állat viselkedésének nyomkövetésére alkalmas Smart Super típusú vagy azzal egyenértékű videórendszer

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

Kísérleti rágcsálók (egér és patkány) viselkedésének videós nyomkövetésére alkalmas rendszer
Szociális viselkedési modul, ami 2 állat együttes vizsgálatára alkalmas
Színes USB digitális videokamera
Legalább 5 méter hosszú USB kábel a kamerához
Kamera fixálás és boom stand állvány
Az állatok detekciója 3 pontos (fej, tömeg-közép, farktő)
Az adatok analízisa, és teljes kalkulációk elvégzése a szoftverrel
Automatikus tesztelés
Teljesen testre szabható modulok (zónák, arénák számának és az időzítés szabad meghatározása; kalkulációk definiálása a felhasználó által (akár a beépített modulokban is))
Végtelen számú zóna és aréna meghatározása széles választékú alakzatokkal (pl: vonallánc, négyzet, ellipszis, kör, rács, kvadráns)
Beépített, előre meghatározott modulok: globális aktivitás, szociális interakció
A rendszer legyen alkalmas akár 8 állat egyidejű nyomkövetésére
Több aréna együttes követése is lehetséges lehessen
Excelbe exportálható adatok
Lehetőség manuális eseményrögzítésre
Könnyű installációs procedúra: „Plug & play” technológia
Egy év ingyenes gyártói távoli asszisztencia
A kamera-felvételi beállítások és a START / STOP közvetlenül elérhetőek a kiértékelő szoftverből (nem szükséges másik szoftver a kamera-felvételhez)
A videofelvétel és a nyomkövetés egyszerre alkalmazható az adott kísérleten belül
Microsoft® Windows® 7 Professional 32/64 bits; Windows® 8 környezetben való szoftverfuttatás

9. rész Sejtszámláló készülék beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: Sejtszámláló

műszaki követelmények szöveges megadása: Sejtszámláló készülék: - tripánkék festésen alapuló automata sejtszámláló, meghatározza a sejtek számát és méretét, életképességi tesztekhez és szövettenyészetek vizsgálatára

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

Tripánkék festésen alapuló automata sejtszámláló
Sejtek számának és méretének meghatározása életképességi tesztekhez és szövettenyészetek vizsgálatára
Mintatérfogat nem több, mint 10 mikroliter
Digitális kijelző
USB csatlakozás

10. rész 3D nyomtató beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: 3D nyomtató

műszaki követelmények szöveges megadása: Witbox 2 vagy azzal egyenértékű 3D nyomtató

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

3D nyomtató, a használathoz szükséges szoftverrel és zárt nyomtatótérrel, mágnesesen rögzíthető temperált üveg tárgyasztallal, a tisztításhoz és karbantartáshoz szükséges eszközökkel
minimum 290x200x200 mm nyomtatási méret
felbontási tartomány 50 és 300 mikrométer között
PLA (PLA, PLA 45, PLA 90, Soft PLA) alapanyagok használatára alkalmas
Windows® 7, Windows 8 vagy Windows 8.1 alapú kliens operációs rendszer
csatlakozás USB porton át
min. 4 GB SD kártya
FDM nyomtatási mód

11. rész 7 különböző hullámhosszú megvilágításra alkalmas epifluoreszcens megvilágító LED egység

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: 7 különböző hullámhosszú megvilágításra alkalmas epifluoreszcens megvilágító LED egység

műszaki követelmények szöveges megadása: Zeiss AxioObserver Z1 mikroszkópváz 60N-C 2/3" 0.63x kamera adapterével kompatibilis epifluoreszcens megvilágító egység, minimum 7 különböző (385 nm, 430 nm, 475 nm, 511 nm, 555 nm, 590 nm és 630 nm) gerjesztési hullámhossz alkalmazására

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

60N-C 2/3" 0.63x kamera adapterrel kompatibilis C-mount csatlakozás
385 nm, 430 nm, 475 nm, 511 nm, 555 nm, 590 nm és 630 nm hullámhosszú LED-es megvilágítás
automata szűrőfelismerés
külső szabályozást lehetővé tévő trigger box
Zeiss AxioObserver Z1 vázzal kompatibilis kivitel
Zeiss Zen Blue szoftverbe integrálható driver

12. rész Nagyteljesítményű számítógép beszerzése

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények

műszer neve: **Nagyteljesítményű számítógép**

műszaki követelmények szöveges megadása: Nagyteljesítményű asztali számítógép, legalább 16 magos processzorral és 2 db NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti osztályú videokártyával, a számítógépnek minimálisan az alábbi részletes specifikációnak kell megfelelnie, vagy annál jobbnak lennie.

minimumfeltételek tételes, pontokba szedett megadása: (azonos a műszaki adatlap táblázatában megadott jellemzőkkel)

Alaplap: socket: LGA-2066, chipset: X299, Memória típus: DDR4, Maximális memória: 128 GB, legalább 2133 MHz Quad channel memória támogatás, PCIe 16x csatlakozó: 4 db, PCIe 1x csatlakozó: 1, SATA3 csatlakozó: 10, M.2 csatlakozó: 3, RAID: 0/1/5/10, LAN: 10/100/1000, USB 3.0 és USB 3.1 legalább 10, mérekszabvány: EATX. SLI támogatás, Crossfire támogatás.
Processzor: socket: LGA-2066, cache: 22 MB, magok száma: 16 darab, szálak száma: 32 darab, gyártási technológia: 14 nm, órajel: 2.8 GHz.
Videókártya: 2 darab!!! NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, PCI Express 3.0 2x8 pin, OpenGL 4.5, GDDR5 11 GB 11010 MHz, 352-bit, GPU Base Clock 1594 MHz, OC Moe GPU Boost clock: 1708 MHz, CUDA core: 3584, SLI támogatás
SSD: 256GB, sequential read min 550 MB/sec, sequential write min 520 MB/sec, reability min 1,5 millió óra, SATA3 vagy M.2 csatlakozó
HDD: 4TB cache 64 MB, 5600 RPM, SATA 6 Gb/s
RAM: 16 GB DDR4 2133 MHz CL14 DIMM (14-14-14), 1.2 V, unbuffered
Tápegység: legalább 760 W, teljesen moduláris felépítés, 4. generációs Intel processzorral kompatibilis, 80 Plus platinum tanúsítvány, zero RPM mode,
Ház: EATX méretű, 4 darab 5.25", 7 darab 3.5"/2.5" slot, 7 darab 120/140mm ventilátor hely, legalább 3 beépített ventilátor, amiből legalább 2 szűrővel ellátott, legalább 1 db USB 2.0 és 1 darab 3.0/3.1 USB előlapi csatlakozó, 2x120 mm ventilátoros vízűtés támogatás, CPU hűtő maximális méret legalább 170 mm, videokártya maximális hossza legalább 330 mm, kábelrendezésre rendelkezésre álló hely legalább 23 mm.
Processzorhűtő: vízűtés, 240 mm-es radiátorral és 2 darab 120 mm-es ventilátorral, fordulatszám legalább 2400 RPM, légszállítás legalább 70 CFM, zajszint max 40 dB. LGA/2066 socket-tel kompatibilis.
Optikai> 24x-es SATA DVD író/olvasó fekete színben
Monitor: 27"-es, 16:9 képarányú, káva nélküli monitor, IPS pannellel, legalább 1920x1080 felbontás, fényerő legalább 250 cd/m2, válaszidő 5 ms vagy jobb, 2 darab HDMI bemenet
Egér: lézeres, 1000 dpi felbontású, „hyper fast” vertikálisgörgető, bal-, jobb- és hüvelykujj gomb(ok), vezetékes, USB csatlakozóval
Billentyűzet: magyar kiosztású, vékony profilú, vezetékes billentyűzet USB csatlakozóval, numerikus billentyűzettel

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéstervezet – annak terjedelmére tekintettel – teljes terjedelemben, külön mellékletként kerül a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolásra.

KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK

Borítólap

„AJÁNLAT”

„Eredeti példány”

A közbeszerzési eljárás tárgya:

„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Tartalomjegyzék

(az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

Tartalom	Oldalszám
Borítólapp	
Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék	
Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint)	
Részletes ártáblázat	
Ajánlattételi nyilatkozat (a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)	
Megállapodás közös ajánlattételről – <i>adott esetben</i>	
Céginformációs adatlap	
Aláírási címpéldány(ok) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kivétel: természetes személy); alvállalkozónak az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája (egyszerű másolatban)	
Meghatalmazás - <i>adott esetben</i> A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlattevő által cégszerűen aláírt, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő felhatalmazása alapján más személy írja alá	
Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján (nemleges tartalommal is csatolni kell)	
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal	
Amennyiben Ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (nemleges tartalommal is meg kell tenni) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.	
Nyilatkozat a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről	
Nyilatkozat az egyenértékűségről	
Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok szövegűségéről, felelős fordításáról – <i>adott esetben</i>	
Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról	
Nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyekről	

A megajánlott termékek műszaki leírása A megajánlott eszközök részletes műszaki leírása (a kiadott táblázatos formában), az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátuman egyaránt.	
A megajánlott termékek valamennyi elemére kiterjedő termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja	
Üzleti titok körének meghatározása – <i>adott esetben, elkülönítve</i>	
Üzleti titok indokolása (a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően) – <i>adott esetben</i>	

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva:

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes terjedelmében, írásvédett fájlformátumban (nem szerkeszthető „pdf.”, kivéve a megajánlott termék műszaki leírását tartalmazó word táblázatot, amelyet szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani)
--

Az ajánlatfolyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Felolvasólap – (Ajánlati adatlap)

I. Az ajánlattevő adatai:

- 1.1. Neve (megnevezése):
- 1.2. Székhelyének címe:
- 1.5. Jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó neve:
- 1.6. Telefonszáma:
- 1.8. E-mail címe:

II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:¹

- 2.1. Neve (megnevezése):
- 2.2. Székhelyének címe:

III. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya:

„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”

IV. Értékelési szempontok²:

Az 1. részben Sejtbiológiai labor műszeregyüttes beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 2. részben Géldokumentációs rendszer beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 3. részben Gélelektroforézis rendszerek beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 4. részben Perisztaltikus pumpa beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 5. részben Eppendorf pipettakészlet beszerzése termomixerrel

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 6. részben Körkörös síkrázó beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

¹ Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt.

² A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérő az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti.

A 7. részben Vákumpumpa beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 8. részben Viselkedésrögzítő és –elemző rendszer beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 9. részben Sejtszámoló készülék beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 10. részben 3D nyomtató beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 11. részben 7 különböző hullámhosszú megvilágításra alkalmas epifluoreszcens megvilágító LED egység

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

A 12. részben Nagyteljesítményű számítógép beszerzése

Ajánlati ár (nettó Ft.): Ft

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
cégszerű aláírás

Részletes ártáblázat
cégszerű aláírással

Ajánlattételi nyilatkozat³

Alulírott(ak), mint a(cégek megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az „**Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutató Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére**” tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben cégünk részt kíván venni.

Az ajánlati felhívást és a rendelkezésünkre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal magunkra nézve kötelező érvénnyel elfogadjuk.

Kijelentem/kijelentjük, hogy **az eljárás⁴ részében/részeiben ajánlatot teszünk** az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésre.

Vállaljuk, hogy nyertesség esetén a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek szerint aláírjuk, valamint az ajánlat többi része szerint, szerződészerűen teljesítjük. Vállaljuk továbbá, hogy a keretmegállapodás második részében a jelen ajánlatunkban foglalt egységáron vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb ellenszolgáltatás alapján teljesítünk.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított **30 napig terjedő időszakra fenntartjuk az ajánlatunkat** és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható. Tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati kötöttségünk **további 30 nappal** meghosszabbodik.

Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Nyilatkozunk, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.) 3. szerinti besorolásunk a következő:

- mikrovállalkozás
- kisvállalkozás
- középvállalkozás

³ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknel a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös Ajánlattevők megjelölését.

⁴ Kérjük megadni a rész/részek számát.

- nem tartozunk a KKV tv. hatálya alá⁵

Nyilatkozunk, hogy az ajánlat benyújtásával járó összes költséget, kockázatot viseljük, a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

⁵ Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. A KKV tv. szerinti nyilatkozási részt közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön meg kell tenni.

Megállapodás közös ajánlattételről

(Minimális tartalmi elemek – adott esetben)

Amely létrejött (cég megnevezése, címe), mint Ajánlattevő, és (cég megnevezése, címe), mint Ajánlattevő (továbbiakban Felek) között, az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutató Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben kijelentjük, hogy közös ajánlatot nyújtunk be.

Alulírottak, a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás részében/részeiben, annak eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a nyertességük esetén megkötendő szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:

1. Képviselés

A tárgyi közbeszerzési eljárásban, továbbá nyertes Ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén a közös ajánlattevők **teljes jogú képviseletére** – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására a közös Ajánlattevő részéről

..... (cégnév) részéről (név) teljes joggal jogosult. Elérhetőségei:

levelezési cím:

telefon:, telefax:, e-mail cím:

2. Felelősségvállalás

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy nyertességük esetén az szerződésében vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Jelen megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltanak vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül hatályba lép.

3. A Szerződés teljesítésének irányítása, feladatmegosztás

Közös akaráttal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás szerződés teljesítése során a közös Ajánlattevő vezetőjének szerepét a (cégnév) látja el, amelynek cégjegyzésre jogosult képviselője: (név/nevek), aki(k) a közös Ajánlattevőket kizárólagosan képviseli(k) és aki(k) a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet(nek) a szerződés teljesítése során.

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

Feladat	Cég

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

cégszerű aláírás

.....

cégszerű aláírás

Céginformációs adatlap⁶

Cég neve	
Székhelyének címe	
Levelezési címe	
Cégjegyzékszám	
Nyilvántartó cégbíróság neve	
Adószáma	
A közbeszerzési eljárásban alkalmazott bankszámlaszáma	
Telefon	
Fax	
E-mail cím	
Internet (URL) cím	
Cégjegyzésre jogosult vezető(k) – neve; – beosztása;	
Jelen eljárásban kapcsolattartásra jogosult személy neve	
- telefonszáma	
- telefax száma	
- E-mail címe	

Melléklet: Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy **aláírási címpéldány**ának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

⁶ Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!

Aláírási címpéldány(ok)

Meghatalmazás⁷

(adott esetben)

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk
..... (a meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei)
hogy (az ajánlattevő
megnevezése) nevében az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű
projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás
..... részében/részeiben kötelezettséget vállaljon.

Kelt, 20.... hó ... napján.

.....
meghatalmazott/meghatalmazottak
alíírása

.....
meghatalmazó/meghatalmazók
cégszerű alíírása

Tanúk:

Név:

Név:

Lakcím:.....

Lakcím:

.....

.....

Sz.ig.sz.:.....

Sz.ig.sz.:

Alíírás:

Alíírás:

⁷ Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.

A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának másolatát a meghatalmazáshoz csatolni kell!

Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján⁸⁹

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom/nyilatkozunk¹⁰:

1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy cégünk a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez **alvállalkozót kíván igénybe venni (részenként külön-külön!):**

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe¹¹

–

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor **már ismert alvállalkozók az alábbiak (részenként külön-külön!)**¹² :

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe, adószáma:

–

3. Az eljárás *részében/részeiben* a szerződés teljesítéséhez bevonni kívánt alvállalkozók **még nem ismertek /** az 1. és 2. pontban megjelölt tevékenységeken, illetve alvállalkozókon túl a bevonni kívánt további alvállalkozók **még nem ismertek.**¹³

4. Az eljárás *részében/részeiben* a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót **nem kívánunk igénybe venni.**

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

⁸ A nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges!

⁹ Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!

¹⁰ Nem kívánt rész (1-4. pontok) törlendő!

¹¹ Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.

¹² Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta ajánlattevő, hogy igénybe vesz alvállalkozót.

¹³ Akkor kell jelölni, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók köre, vagy az 1. és 2. pontban megjelölt tevékenységeken, illetve alvállalkozókon túl a bevonni kívánt további alvállalkozók még nem ismertek.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal¹⁴

Alulírott/alulírottak, mint a
..... (cég megnevezése, címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az **„Eszközbekzerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben

a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

¹⁴ Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő
támaszkodásról¹⁵¹⁶

Alulírott/alulírottak, mint a
..... (cég megnevezése, címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban

- a) az részében/részekben az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitására **nem támaszkodunk**¹⁷;
- b) az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitására **támaszkodunk az alábbiak szerint:**

Rész száma	Az ajánlattevő részére kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet neve, székhelye	Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, amelynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik

Továbbá mellékletben csatolom a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.¹⁸

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

¹⁵ A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell!

¹⁶ Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!

¹⁷ A megfelelő szövegrész aláhúzendó, illetve az a) és b) pont közül a nem kívánt szövegrész törlendő.

¹⁸ A Kbt. 65.§ (8) bekezdés szerinti esetben, tehát ha az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt, akkor nem kell csatolni okiratot.

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről¹⁹

(a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint)

Alulírott (név), mint a(z)
(ajánlattevő megnevezése) (ajánlattevő székhelye), mint Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai (tisztség megjelölése) a „Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutató Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben

nyilatkozom/nyilatkozunk,

- hogy az ajánlati felhívás L) pontjában előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimum feltételeket cégünk teljesíti, az ott előírtaknak cégünk maradéktalanul megfelel;
- hogy jelen közbeszerzési eljárásban cégünk nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá;
- hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozó/nyilatkozunk
 1. hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi (szükség szerint további sorokkal a táblázat bővíthető):

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

2. cégünk a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

Nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására az alkalmassági követelmények való megfelelés igazolására vonatkozó részletes nyilatkozatokat és egyéb igazolásokat

¹⁹ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

a Kbt. 69. § (4) bekezdésének, valamint a 114. § (2) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat az egyenértékűségről²⁰

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunkba a műszaki leírásban feltüntetett típus-, illetve gyártó-megjelölésektől²¹

- a) az eljárás részében/részeiben nem tértünk el.
- b) a műszaki leírásban feltüntetett típus-, illetve gyártó megjelölésektől az alábbi egyenértékű termékek megajánlásával tértünk el:

Rész száma	Termék megjelölése	A műszaki leírásban feltüntetett típus-, illetve gyártó megjelölése	A megajánlott termék típus-, illetve gyártó megjelölése, és az egyenértékűség <u>részletes</u> bemutatása

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

²⁰ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös részvételre jelentkezésről szóló megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

²¹ Kérjük a nyilatkozatban az ajánlattétellel összhangban értelemszerűen az a) vagy a b) pont egyértelmű megjelölését.

Nyilatkozat az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről)²²

(adott esetben)

Alulírott/alulírottak, mint a
..... (cég megnevezése, címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatói Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben benyújtott ajánlatunkban elhelyezett idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat magyar nyelvű fordítása az eredeti szöveggel megegyező (szöveghű).

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

²² Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

Nyilatkozat az ajánlat elektronikus adathordozón történő benyújtásáról²³

Alulírott, mint a(z) (cég neve, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az **„Eszközbeszerezés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatunk

- jelszó nélkül olvasható,
- de nem módosítható .pdf fájl, (**kivéve** a megajánlott termék műszaki leírását tartalmazó word táblázatot, amelyet szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani)
- amely a papír alapon benyújtott ajánlat „eredeti” példányával mindenben megegyezik.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

²³ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

Nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyekről²⁴

Alulírott, mint a(z) (cég neve, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az **„Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben

kijelentem/kijelentjük,

hogy cégünk rendelkezik az általa megajánlott termékek forgalomba hozatalához szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal/tanúsítványokkal/gyártói megfelelőségi nyilatkozatokkal, amely(ek)nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényességét garantálja.

Kijelentem/kijelentjük továbbá, hogy cégünk rendelkezik az általa megajánlott termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel. Amennyiben a megajánlott termékekre vonatkozó bármely, a termék magyarországi forgalomba hozatalához szükséges dokumentum, igazolás, tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényessége bármikor, a szerződés lejárta előtt lejárna, úgy cégünk saját költségére és veszélyére beszerzi az új, érvényes dokumentumot/tanúsítványt/igazolást/gyártói megfelelőségi nyilatkozatot még az érintett dokumentum lejárta előtt. Tudomásul veszem/vesszük, hogy gyártói nyilatkozatként a gyártó által kiállított vagy a gyártó felhatalmazott képviselője által kiállított nyilatkozatot fogadható el, ebben az esetben a nyilatkozatot tevő cég képviseleti jogának (felhatalmazásának) igazolására csatolni kell a gyártó által kiállított meghatalmazást, felhatalmazást egyszerű másolatban.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

²⁴ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknel a közös részvételre jelentkezésről szóló megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

MŰSZAKI ADATLAPOK

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 1. rész²⁵

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya sejtbiológiai labor műszeregyüttes beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétereit, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Sejtbiológiai labor műszeregyüttes beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
1. elem – Ultramélyhűtő belső állványrendszerrel	
Álló kivitelű ultramélyhűtő -86°C-os működési hőmérséklettel, legalább 520L tárolási kapacitással.	
Alacsony zajszint (53 dB vagy alatta -70 - -80C között)	
Legfeljebb 900 mm-es külső szélesség	
Érintőképernyős LCD kijelző	
A hőmérsékleti adatok és események tárolása	
USB csatlakozó a log adatok letöltéséhez	
12 db 20 doboz fogadására képes „sliding drawer” kialakítású rack kb. 140×668×239 mm méretben (50 mm dobozmagasságig) az ultramélyhűtőhöz; a rack-ek tálcás	

²⁵ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

elrendezésűek legyenek, amelyek előre kihúzhatóak	
2. elem – Class II (A2) biztonsági fülke lábazattal I.	
Biztonsági fülke sejtbilógiai munkákhoz, mely megfelel a biológiai biztonság Class II (A2) szintjének. A steril levegőt legalább HEPA H14 osztályú nagy hatékonyságú (99,999%) részecske-levegőszűrők biztosítják.	
Belső munkatér szélessége 115-125 cm között; több szegmenses, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap	
Vákuum, gáz, elektromos csatlakozó a belső munkatérben kiépített	
Beépített UV lámpa a munkatér sterilizálásához	
Mozgatható üveg előlap	
Kijelző a működési paraméterek visszajelzéséhez, a HEPA szűrők élettartamának monitorozása és kijelzése	
Alacsony zajszint (≤ 56 dB)	
Lábazat	
3. elem – Class II (A2) biztonsági fülke lábazattal II.	
Biztonsági fülke sejtbilógiai munkákhoz, mely megfelel a biológiai biztonság Class II (A2) szintjének. A steril levegőt legalább HEPA H14 osztályú nagy hatékonyságú (99,999%) részecske-levegőszűrők biztosítják.	
Belső munkatér szélessége 85-95 cm között; több szegmenses, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap	
Vákuum, gáz, elektromos csatlakozó a belső munkatérben kiépített	
Beépített UV lámpa a munkatér sterilizálásához	
Mozgatható üveg előlap	

Kijelző a működési paraméterek visszajelzéséhez, a HEPA szűrők élettartamának monitorozása és kijelzése	
Alacsony zajszint ($\leq 56\text{dB}$)	
Lábazat	
4. elem – CO₂ termosztát	
CO ₂ termosztát 160-180L-es belső térfogattal, polcokkal. Az inkubátor szekrény falfűtéses, légköpenyes; rendelkezik fűtött külső ajtóval. A CO ₂ -szint érzékelése IR CO ₂ érzékelővel történik.	
Rozsdamentes acél vagy Cu-ötvözet belső munkatér	
Víztartály szintjének szenzoros ellenőrzése.	
Legalább 140°C-os önsterilizációs lehetőség.	
A CO ₂ szint, a hőmérséklet és a vízrezervoár megfelelő szintjétől való eltérés esetén hangjelzéses riasztás	
USB csatlakozó a log adatok letöltéséhez	
5. elem– Hűthető asztali centrifuga cserélhető rotorokkal és adapterekkel	
Hűthető asztali centrifuga cserélhető rotorokkal, melyben szögrotorral legalább 30000g, kilendülő rotorral legalább 3000g maximális gyorsulás legyen elérhető. A hőmérséklet állítása -10°C és +40°C között legyen lehetséges	
A rotorcsere szerszám nélkül legyen megoldható	
1 db kilendülő rotor és 4 db legalább 140mL-es persely	
4 db adapter 50mL-es centrifuga csövekhez	
4 db adapter 15mL-es centrifuga csövekhez	

1 db cserélhető szögrotor (24x 1,5/2mL) eppendorf csövekhez tetővel	
--	--

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a
..... (cég megnevezése, címe)
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetőik korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára²⁶

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
------------	---

A megajánlott eszköz megnevezése:

.....

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

²⁶A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 2. rész²⁷

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya géldokumentációs rendszer beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Géldokumentációs rendszer beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
Géldokumentációs rendszer, mely egyrészt alkalmas zöld fluoreszcensen festett (pl. SyberGreen stb.) agaróz és akrilamid gélek detektálására. Másrészt képes gélek és blotok kemilumineszcenciás szignáljainak detektálására. Zárt darkroom kivétel. Többpozíciós emissziós filtertartó.	
Hűtött 16 bites színmélységgel rendelkező CCD camera, legalább 20cmx20cm látómező, legalább 4 MP felbontás, legalább 70% QE, motorizált lencsékkel	
UV átvilágító asztal, legalább 20 cm x 20 cm megvilágított felület,	
Kék fény konverter (az UV-> kék fény megvilágításhoz)	
525 nm-es emissziós filter a zöld fluoreszcencia detektálásához	
Kiértékelő szoftver, amely Windows 7, 8 és 10 kompatibilis	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

²⁷ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára²⁸

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:	
.....

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

²⁸ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 3. rész²⁹

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya gélelektroforézis rendszerek beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétere, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Gélelektroforézis rendszerek beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
1. egység Horizontális gélelektroforézis rendszer	
Alkalmas DNS és RNS tömeg szerinti elválasztására elektromos töltöttség alapján agaróz géleket használva	
15 x 10 cm-es UV fényt áteresztő tálca, cm beosztással	
Tartalmaz 1-1 db 15 és 20 helyes fésűt és egy külső gélöntőt, melyben más tálcaméret (7x7 cm, 7x10 cm, 15x7 cm) is használható legyen	
Az ajánlattevő tudjon a futtatórendszerrel kompatibilis, előre gyártott, kész agaróz gélt ajánlani	
A cella nagysága ne legyen nagyobb, mint: 20x26x7,5 cm(SzxHxM)	
A banándugóvégű elektród csatlakozó könnyen kivehető legyen a kádból.	
2. egység Függőleges gélelektroforézis rendszer	
Alkalmas (a megfelelő kiegészítőkkal) szöveti homogenizátumból fehérjék töltés és tömeg	

²⁹ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

szerinti elválasztására akrilamid géleket használva	
A gélméret mini legyen, azaz ne legyen nagyobb 8,5 cmx 7,5 cm-nél	
Legalább 4 db, 1 mm vastag gél befogadására legyen képes	
Tartalmazzon legalább 2 öntőállványt, 4 db öntő keretet, és legalább 5 db 15 helyes fészűt	
A rendszernek része legalább 5db rövid és 5 távtartóval ellátott üveglemez	
Az ajánlat tartalmazzon a minták felvitelét segítő pipetta vezető feltétet (a fesűfog számtól függően kialakítva)	
Az ajánlattevő tudjon 1 éves lejáratú előre gyártott kész gélt (Gradients gélt) is ajánlani.	
Később bővíthető legyen nedves blott feltéttel, és különböző fogszámu és vastagságú fészűkkel.	
A szükséges puffer mennyiség ne haladja meg a az 1 litert 4 gél esetén.	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára³⁰

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
------------	---

A megajánlott eszköz megnevezése:

³⁰ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

.....

nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 4. rész³¹

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya perisztaltikus pumpa beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétere, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Perisztaltikus pumpa beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
digitális kijelzővel ellátott perisztaltikus pumpa, 0,1 – 100 m/min áramlási sebesség biztosítására alkalmas	
2 irányú, választható áramlás	
állítható, 0,1-150 rpm közötti forgási sebesség, minimum 0,5%-os áramlási pontosság	
külső kommunikációs interface	
korrózióknak ellenálló, nemesacél ház	
min. 2 pumpafejjel, a párhuzamos működtetés biztosítására	
különböző csőméretekhez alkalmas kivitel (#13 és #25 csőátmérő között)	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

³¹ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára³²

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:	
.....

nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

³² A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 5. rész³³

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Eppendorf pipettakészlet beszerzése termomixerrel

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Eppendorf pipetták és termomixer beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
1. egység – Pipettakészlet 3 db pipettával	
Pipetta-szett, mely három egycsatornás, manuálisan kezelhető pipettát tartalmaz.	
A pipetták ISO 8655 szerint kalibrálhatóak	
A pipetták rugós hegyfeltűzővel rendelkeznek.	
Mindhárom pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozható	
Pipetta #1: 0.5-10 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.01 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány	
Pipetta #2: 10-100 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány	
Pipetta #3: 100-1000 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány	
A pipetták Eppendorf márkájú vagy azzal egyenértékűek, kompatibilisek az Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel	

³³ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

2. egység – Pipettakészlet 3 db pipettával

Pipetta-szett, mely három egycsatornás, manuálisan kezelhető pipettát tartalmaz.

A pipetták ISO 8655 szerint kalibrálhatóak

A pipetták rugós hegyfeltűzővel rendelkeznek.

Mindhárom pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozható

Pipetta #1: 2-20 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.02 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

Pipetta #2: 20-200 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.2 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

Pipetta #3: 100-1000 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

A pipetták Eppendorf márkájú vagy azzal egyenértékűek, kompatibilisek az Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel

3. egység – Pipettakészlet 3 db egynyomógombos pipettával

Pipetta-szett, mely három egycsatornás, manuálisan kezelhető pipettát tartalmaz. A pipetták egy nyomógombbal működnek, nincs külön gomb a hegyek eltávolításához, ezáltal csökkenthető az aeroszolok pipettába jutása.

A pipetták, rugós hegyfeltűzővel rendelkeznek.

A pipettákon térfogat beállítási zár van a nem kívánt térfogat állítások megelőzésére.

Mindhárom pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozható.

Pipetta #1: 2-20 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.02 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány

Pipetta #2: 20-200 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 0.2 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány	
Pipetta #3: 100-1000 µl közötti térfogatokkal dolgozik, 1 µl-es léptetési távval állítható mérési tartomány	
A pipetták Eppendorf márkájú vagy azzal egyenértékűek, kompatibilisek az Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel	
4. egység – Pipetta kis térfogatokra	
Pipetta, mely 0.1-2.5 µl közötti térfogatokkal dolgozik	
A pipetta ISO 8655 szerint kalibrálható	
A pipetta rugós hegyfeltűzővel rendelkezik	
A pipetta 4 számjegyes kijelzőjű, teljesen autoklávozható	
A mérési tartomány 0.002 µl-es lépésközzel állítható	
A pipetták Eppendorf márkájú vagy azzal egyenértékűek, kompatibilisek az Eppendorf márkájú eszközökkel és pipetta hegyekkel	
5. egység – Rázógép 1,5 ml-es csövekhez	
Rögzített blokkos rázó gép 1.5 ml-es csövekhez, mely keverő, hűtő és fűtő funkcióval is rendelkezik.	
Keverési frekvencia: 300-1500 rpm	
Maximális fűtési sebesség: legalább 6°C/perc	
Hőmérséklettartomány: minimum 4°C a környezeti hőmérséklet alatt, maximum 100°C	
Keverési kitérés: 3 mm	
Kapacitás: minimum 24 cső	

A készülék legyen bővíthető fűthető tetővel, mely megakadályozza a kondenzációs lecsapódást a csövek belső falán, az ajánlat tartalmazza ezt a fűthető tetőt.	
A készülék legyen alkalmas legalább 5 előre programozott módszer tárolására.	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára³⁴

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszközök megnevezése:

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

³⁴ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 6. rész³⁵

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya orbitális síkrázó beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétereit, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Körkörös síkrázó beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
Mikroprocesszoros vezérlés	
Körkörös, síkban történő rázási mód	
Szabályozható rázási sebesség, 40-300 fordulat/perc vagy szélesebb tartomány	
Lépcsős funkció, amely a fordulatszámot lassan növeli a beállított értékre	
Kitérés minimum 15 mm	
Asztalméret minimum 220x290 mm	
A max. kapacitás legyen legalább 3.5 kg	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

³⁵ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára³⁶

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:	
.....

nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

³⁶A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 7. rész³⁷

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya vákumpumpa beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétere, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Vákumpumpa beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
100 mbar végvákuum biztosítására alkalmas	
PTFE membránnal, olajmentes kivitel	
min. 0,7 m ³ /h (11 l/min) teljesítmény	
a zajszint 45 dB-t ne haladja meg	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára³⁸

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
-------------------	--

A megajánlott eszköz megnevezése:

³⁷ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

³⁸ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

.....

nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 8. rész³⁹

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Smart Super viselkedésrögzítő és – elemző rendszer beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétereit, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Viselkedésrögzítő és – elemző rendszer beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
Kísérleti rágcsálók (egér és patkány) viselkedésének videós nyomkövetésére alkalmas rendszer	
Szociális viselkedési modul, ami 2 állat együttes vizsgálatára alkalmas	
Színes USB digitális videokamera	
Legalább 5 méter hosszú USB kábel a kamerához	
Kamera fixálás és boom stand állvány	
Az állatok detekciója 3 pontos (fej, tömeg-közép, farktő)	
Az adatok analízisa, és teljes kalkulációk elvégzése a szoftverrel	
Automatikus tesztelés	
Teljesen testre szabható modulok (zónák, arénák számának és az időzítés szabad meghatározása; kalkulációk definiálása a	

³⁹ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

felhasználó által (akár a beépített modulokban is))	
Végtelen számú zóna és aréna meghatározása széles választékú alakzatokkal (pl: vonallánc, négyzet, ellipszis, kör, rács, kvadráns)	
Beépített, előre meghatározott modulok: globális aktivitás, szociális interakció	
A rendszer legyen alkalmas akár 8 állat egyidejű nyomkövetésére	
Több aréna együttes követése is lehetséges lehessen	
Excelbe exportálható adatok	
Lehetőség manuális eseményrögzítésre	
Könnyű installációs procedúra: „Plug & play” technológia	
Egy év ingyenes gyártói távoli asszisztencia	
A kamera-felvételi beállítások és a START / STOP közvetlenül elérhetőek a kiértékelő szoftverből (nem szükséges másik szoftver a kamera-felvételhez)	
A videofelvétel és a nyomkövetés egyszerre alkalmazható az adott kísérleten belül	
Microsoft® Windows® 7 Professional 32/64 bits; Windows® 8 környezetben való szoftverfuttatás	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a
..... (cég megnevezése, címe)
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés

igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetőik korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára⁴⁰

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
------------	---

A megajánlott eszköz megnevezése:

.....

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....

Cégszerű aláírás

⁴⁰ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 9. rész⁴¹

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya sejtszámoló készülék beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Sejtszámoló készülék beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
Tripánkéék festésen alapuló automata sejtszámláló	
Sejtek számának és méretének meghatározása életképességi tesztekhez és szövettényészetek vizsgálatára	
Mintatérfogat nem több, mint 10 mikroliter	
Digitális kijelző	
USB csatlakozás	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára⁴²

⁴¹ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

⁴² A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:	
.....

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 10. rész⁴³

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya 3D nyomtató beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
3D nyomtató beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
3D nyomtató, a használathoz szükséges szoftverrel és zárt nyomtatótérrel, mágnesesen rögzíthető temperált üveg tárgyasztallal, a tisztításhoz és karbantartáshoz szükséges eszközökkel	
minimum 290x200x200 mm nyomtatási méret	
felbontási tartomány 50 és 300 mikrométer között	
PLA (PLA, PLA 45, PLA 90, Soft PLA) alapanyagok használatára alkalmas	
Windows® 7, Windows 8 vagy Windows 8.1 alapú kliens operációs rendszer	
csatlakozás USB porton át	
min. 4 GB SD kártya	
FDM nyomtatási mód	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

⁴³ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára⁴⁴

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

⁴⁴ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 11. rész⁴⁵

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya fluoreszcens megvilágító egység, LED-es gerjesztéssel

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
7 különböző hullámhosszú megvilágításra alkalmas epifluoreszcens megvilágító LED egység	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
60N-C 2/3" 0.63x kamera adapterrel kompatibilis C-mount csatlakozás	
385 nm, 430 nm, 475 nm, 511 nm, 555 nm, 590 nm és 630 nm hullámhosszú LED-es megvilágítás	
automata szűrőfelismerés	
külső szabályozást lehetővé tévő trigger box	
Zeiss AxioObserver Z1 vázzal kompatibilis kivitel	
Zeiss Zen Blue szoftverbe integrálható driver	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely
alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, mint a
..... (cég megnevezése, címe)
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés

⁴⁵ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetőik korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára⁴⁶

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:	
.....

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

⁴⁶A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 12. rész⁴⁷

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya nagyteljesítményű számítógép beszerzése

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paramétereit, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése <i>(Ajánlattevő által kitöltendő!)</i>
Nagyteljesítményű számítógép beszerzése	A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:
Alaplap: socket: LGA-2066, chipset: X299, Memória típus: DDR4, Maximális memória: 128 GB, legalább 2133 MHz Quad channel memória támogatás, PCIe 16x csatlakozó: 4 db, PCIe 1x csatlakozó: 1, SATA3 csatlakozó: 10, M.2 csatlakozó: 3, RAID: 0/1/5/10, LAN: 10/100/1000, USB 3.0 és USB 3.1 legalább 10, mére szabvány: EATX. SLI támogatás, Crossfire támogatás.	
Processzor: socket: LGA-2066, cache: 22 MB, magok száma: 16 darab, szálak száma: 32 darab, gyártási technológia: 14 nm, órajel: 2.8 GHz.	
Videókártya: 2 darab!!! NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, PCI Express 3.0 2x8 pin, OpenGL 4.5, GDDR5 11 GB 11010 MHz, 352-bit, GPU Base Clock 1594 MHz, OC Moe GPU Boost clock: 1708 MHz, CUDA core: 3584, SLI támogatás	
SSD: 256GB, sequential read min 550 MB/sec, sequential write min 520 MB/sec, reability min 1,5 millió óra, SATA3 vagy M.2 csatlakozó	
HDD: 4TB cache 64 MB, 5600 RPM, SATA 6 Gb/s	

⁴⁷ Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

RAM: 16 GB DDR4 2133 MHz CL14 DIMM (14-14-14), 1.2 V, unbuffered	
Tápegység: legalább 760 W, teljesen moduláris felépítés, 4. generációs Intel processzorral kompatibilis, 80 Plus platinum tanúsítvány, zero RPM mode,	
Ház: EATX méretű, 4 darab 5.25", 7 darab 3.5"/2.5" slot, 7 darab 120/140mm ventilátor hely, legalább 3 beépített ventilátor, amiből legalább 2 szűrővel ellátott, legalább 1 db USB 2.0 és 1 darab 3.0/3.1 USB előlapi csatlakozó, 2x120 mm ventilátoros vízűtés támogatás, CPU hűtő maximális méret legalább 170 mm, videokártya maximális hossza legalább 330 mm, kábelrendezésre rendelkezésre álló hely legalább 23 mm.	
Processzorhűtő: vízűtés, 240 mm-es radiátorral és 2 darab 120 mm-es ventilátorral, fordulatszám legalább 2400 RPM, légszállítás legalább 70 CFM, zajszint max 40 dB. LGA/2066 socket-tel kompatibilis.	
Optikai> 24x-es SATA DVD író/olvasó fekete színben	
Monitor: 27"-es, 16:9 képarányú, káva nélküli monitor, IPS panellel, legalább 1920x1080 felbontás, fényerő legalább 250 cd/m2, válaszidő 5 ms vagy jobb, 2 darab HDMI bemenet	
Egér: lézeres, 1000 dpi felbontású, „hyper fast” vertikálsörgető, bal-, jobb- és hüvelykujj gomb(ok), vezetékes, USB csatlakozóval	
Billentyűzet: magyar kiosztású, vékony profilú, vezetékes billentyűzet USB csatlakozóval, numerikus billentyűzettel	

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

.....

.....

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára⁴⁸

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

Tétel neve	Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása
A megajánlott eszköz megnevezése:	
.....

nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
Cégszerű aláírás

⁴⁸ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINT A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

SZAKEMBER BEMUTATÁSA

Nyilatkozat a teljesítésbe bevinni kívánt szakember(ek)ről⁴⁹

Alulírott(ak), mint a
.....(cégek megnevezése, címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az **„Eszközbeszerezés a Nemzeti Agykutatói Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárás részében/részeiben cégünk az alábbi szakembert/szakembereket kívánja bemutatni, akik az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésébe bevonásra kerül/kerülnek.

Szakember neve:

Kelt.....,év.....hó.....nap

.....
cégszerű aláírás

⁴⁹ A nyilatkozatot az eljárás során elegendő egyszer benyújtani.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) rendelkezésre állási nyilatkozata⁵⁰

Alulírott (szakember neve) kijelentem, hogy a, mint ajánlattevő/közös ajánlattevők nyertessége esetén részt veszek az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kezdeményezett „**Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére**” tárgyú közbeszerzési eljárás részében/ részeiben, valamint – nyertességünk esetén – az eljárás eredményeként aláírásra kerülő szerződés teljesítésében.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre ajánlattevő jelölt. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi – legalább – 2 projekt teljesítésében részt vettem:

1.⁵¹

2.

Kelt....., 20..... hó napján.

Szakember aláírás


Ráti Angéla
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00784

⁵⁰ Minden szakemberre vonatkozóan külön-külön kérjük kitölteni, **az eljárás során elegendő egyszer benyújtani.**

⁵¹ Kérjük az ajánlattételi felhívás M/1 alkalmassági pontjában előírt két projektet bemutatni részekéntől függően.